Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TEST STERILIZZAZIONE TIPO 6
TYPE 6 EMULATING STEAM STRIPS

NOME DEL PRODOTTO
IS 2601 Strisce indicatrici di emulazione - Tipo 6.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Le strisce indicatrici PMS Steri-test Tipo 6 hanno una dimensione di 25 mm x 60 mm, vengono stampate su cartoncino bianco sul quale sono indicati i valori di calore, inchiostro sensibile al vapore; le strisce sono ricoperte con pellicola. Gli indicatori sono di forma triangolare con angoli arrotondati, e ve ne sono 3 per fila. Dopo aver efficacemente completato un ciclo, l'inchiostro dell'indicatore diventa del colore di riferimento. Le strisce appartengono alla categoria Tipo 6, in conformità con la norma ISO 11140-1.

FINALITÀ
Le strisce indicatrici PMS Steri-test Tipo 6 funzionano mediante cambiamento di colore e indicano se i carichi sono stati esposti alla sterilizzazione o meno. Sono inoltre dotate di una funzione che consente di indicarne la conformità con le condizioni di sterilizzazione (tengono conto di un eventuale confezionamento non corretto, carico improprio del dispositivo e guasti del dispositivo).

APPLICAZIONE
1. Collocare almeno una striscia indicatrice in ogni confezione per sterilizzazione. Collocare la striscia in un posto dove il vapore arriva con difficoltà, aiuta ad ottenere dei risultati migliori.
2. Sistemare il campione nell'apparecchio per la sterilizzazione; mettere in funzione l'apparecchio a 134°C per 3,5 minuti oppure a 121°C per 15 minuti, in base alle istruzioni per l'uso.
3. Rimuovere l'indicatore e osservare il cambiamento di colore dopo un ciclo completo.
4. Il ciclo di funzionamento va a buon fine se il colore dell'indicatore raggiunge il colore di riferimento o diventa più scuro.
5. Il ciclo di funzionamento è insufficiente se il colore dell'indicatore è più chiaro del colore di riferimento.

AVVERTENZE
L'uso degli indicatori biologici e meccanici, oltre a quelli chimici è raccomandato per convalidare l'efficacia della sterilizzazione.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare a max. 35°C, in luogo asciutto e con un'umidità relativa max. del 70%. Il prodotto ha una durata di conservazione di 3 anni se conservato alle condizioni raccomandate. Dopo la sterilizzazione non sono necessarie condizioni di conservazione speciali.

GIMA

Simboli - Symbols					
	Data di fabbricazione Date of manufacture		Data di scadenza Expiration date		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
REF	Codice prodotto Product code	LOT	Numero di lotto Lot number		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
70% %	Limite umidità Moisture limitation		Dispositivo monouso, non riutilizzare Disposable device, do not re-use	35°C	Limite superiore di temperatura Upper limit of temperature

REF 35955 / IS2601

Fabbricato da / Manufactured by:
PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş
Karaduvar Mah. Serbest Bölge 11. Cadde No: 46
Akdeniz/Mersin/TURKEY
Made in Turkey

M35955-IT-GB-Rev.2-04.20