GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE A 4 RUOTE
WALKER WITH 4 WHEELS

Manuale d'uso - User manual

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

REF **43130**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD CE

M43130-M-Rev.0-03.20

INTRODUZIONE
Lo scopo di questo manuale è di fornire le istruzioni per un normale e corretto uso dell'ausilio sia da parte del paziente che del suo eventuale assistente/accompagnatore.

DESTINAZIONE D'USO
Il deambulatore è stato progettato e realizzato per essere utilizzato all'interno da pazienti con insufficiente uso/sostegno degli arti inferiori. Esso ha lo scopo di fornire al corpo un supporto che, utilizzato con entrambe le braccia, aiuti o consenta la mobilità altrimenti impossibile o ridotta.
ATTENZIONE! Il deambulatore è destinato prevalentemente ad uso interno e solo su superfici piane. Nel caso fosse necessario utilizzare questo deambulatore in ambienti esterni, si raccomanda il rispetto delle regole del codice stradale al pari di qualsiasi pedone.

MANUTENZIONE
Il deambulatore non richiede cure particolari per la manutenzione ordinaria.
Consigliamo comunque di effettuare regolarmente:
- verifica dell'integrità dei vari componenti,
- controllo che viti e dadi risultino ben avvitati,
- verifica delle parti meccaniche in movimento e, se è il caso, lubrificarle,
- pulire con detergente neutro (non utilizzare prodotti corrosivi o nocivi) e stoccarlo in un ambiente asciutto e ventilato.

AVVERTENZE! Non usare l'ausilio se si rilevano danni o parti mancanti. Non utilizzare per altri scopi diversi da quelli per i quali questo ausilio è stato progettato. Non superare ostacoli o utilizzare su pavimenti sconnessi o non in piano, bagnati o scivolosi. L'utilizzo del dispositivo è sconsigliato per persone con scarse funzionalità nelle mani o nelle braccia.

ASSEMBLAGGIO





Installare il gruppo ruote anteriori e posteriori secondo la direzione della freccia presente nell'immagine (nota: il gruppo ruote è diviso in sinistra e destra)

N°	Nome	Specifiche	Quantità
1	Tubo telescopico	Ø19	1
2	Tubo esterno telescopico	Ø22	1
3	Tubo "H"		1
4	Corrimano	Ø25	2
5	Tubo schiacciato	Ø22	2
6	Assemblaggio del piede anteriore		2
7	Assemblaggio del piede posteriore		2

	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Fabbricante
	Conservare al riparo dalla luce solare	CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Leggere le istruzioni per l'uso		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		