SISTEMI E PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE

MANUALE ISTRUZIONI MANUTENZIONE BARELLA BAR004

-Barella in plastica per la mobilizzazione dei pazienti traumatizzati-

1. **Introduzione**

• Barella atraumatica portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori • Realizzata in plastica e alluminio anodizzato, con i giunti di snodo in profilati di allumino. Scomponibile longitudinalmente in due parti speculari, dotata di chiusure di sicurezza alle estremità e sistema di allungamento con relativi sistemi di bloccaggio di sicurezza per adattarla all'altezza del paziente • Superficie antiscivolo • Materiale plastico trasparente ai raggi X • Portata nominale di 159 kg • Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza • Dimensioni alla massima lunghezza 200x44.5 cm • Dimensioni alla minima lunghezza 164x44.5 cm • Dimensioni piegata 118x44.5 cm • Peso: kg 7.5 • Portata massima garantita: 159 kg • Conforme alle normative 92/42/CE , 2007/47/CE, EN1865.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1771959 classificazione CND V0899

2. **Avvertenze generali**

• Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale
• Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato
• Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore
• La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
• Conservare in luoghi asciutti
• Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

3. **Prima di ogni uso**

• Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose

4. **Avvertenze per l'utilizzo**

• Usare le cinghie di sicurezza quando necessario
• Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto. Sostituirla immediatamente in presenza di rotture • Non utilizzare con pazienti il cui peso supera quanto indicato (159 kg) • In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore • Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

5. **Istruzioni**

• Aprire la barella • Posizionarla lateralmente al paziente con la parte più larga, o con le ali di sostegno più lunghe, in corrispondenza del tronco del paziente. Sganciare i fermi laterali

ed allungare la barella della lunghezza sufficiente a contenere il paziente. Fatto ciò si riportano i fermi della barella nella posizione di bloccaggio e ci si assicura che siano scattati perfettamente entrambi • Spostare correttamente il paziente sulla barella • La presenza di maniglie permette di sollevare il paziente afferrando la barella da più lati dopo aver affrancato alla stessa il paziente con le cinghie di sicurezza • Prima di movimentare il paziente é consigliabile assicurarlo con tre cinghie di fissaggio, collocate rispettivamente a livello del torace, bacino e alcuni centimetri sopra il ginocchio.

6. Manutenzione

I dispositivi al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente.
In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

7. Pulizia e disinfezione

Utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lontano da luce diretta del sole. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

8. Condizioni di smaltimento

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.