Maniglia per letti „FRIDA“, per salire e scendere più facilmente dal letto

Istruzioni per l'uso*

La fornitura comprende i componenti seguenti:

1 tubo metallico a forma di U con gomma di muschio, impugnatura
2 tubi metallici di base
1 tubo metallico a forma di U, terminale
1 cinghia corta

Introduzione

La maniglia per letti „FRIDA“, concepita per salire e scendere più facilmente da letto, è un ausilio molto utile, che consente all'utente di mettersi seduto da solo ossia come supporto per scendere o salire sul letto. Tutti i prodotti di questa serie soddisfano le norme europee BSEN 1970:2000.

Istruzioni per il montaggio della maniglia per letti „FRIDA“

11. Appoggiare il terminale su una base grande e piana, inserire in ambedue le estremità rispettivamente uno dei due elementi di base lunghi, fino allo scatto in posizione delle spine di sicurezza, accertandosi tramite un controllo visivo che sporgano anche dai fori del terminale. In tal modo ambedue gli elementi di base sono collegati con sicurezza con il terminale.
12. Dopodiché inserire la maniglia contemporaneamente in ambedue le estremità degli elementi di base. Anche qui si raccomanda di accertarsi che le spine di sicurezza scattino in posizione e che sporcano visibilmente dalla maniglia, al fine di garantire una sicura tenuta.

13. Sollevare il materasso oppure estrarlo e posizionare la maniglia per letti „FRIDA“ all'interno dell'intelaiatura del letto. La maniglia dovrebbe essere posizionata in maniera tale che l'utente possa facilmente raggiungerla in posizione distesa.
14. Applicare la cinghia intorno al terminale nella parte opposta del letto e fissarla solo ad un'intelaiatura robusta e irreprensibile del letto.
15. Rimettere il materasso sul letto e accertarsi che la maniglia sia fissata con sicurezza. A questo punto si può utilizzare la maniglia per letti „FRIDA“.

Istruzioni per la pulizia

Il miglior modo per pulire l'ausilio di innesto, inclusa la parte rivestita in gomma di muschio, è quella di utilizzare un panno morbido, inumidito ed imbevuto di un detergente non abrasivo (non crema o polvere abrasiva–). Asciugare successivamente.

Informazioni per il reinserimento

Grazie alla semplice e robusta costituzione, la maniglia per letti „FRIDA“ si adatta al meglio per essere riutilizzata ogni volta quando serve.
Il numero di reinserimenti dipende comunque dallo stato di usura dell'attrezzo.
Priva di ogni reinserimento, sono da effettuare i controlli seguenti:

- controllare tutti i tubi/cordoni di saldatura e accertarsi se presentano delle piegature o altri danni
- verificare il corretto funzionamento e la condizione delle spine di sicurezza
- se vengono utilizzate delle cinghie per il fissaggio, accertarsi che si trovino in uno stato perfetto e irreprensibile

Non immergere l'ausilio in un detergente o similari

Dimensioni:
Larghezza: 51 cm
Lunghezza: 88 cm
Portata: fino a 100 kg
Altezza della maniglia: 42 - 53 cm

Istruzioni per lo smontaggio della maniglia del letto „FRIDA“ (ad esempio, in caso di un cambio del letto o trasporto in viaggio)
Sollevare il materasso o toglierlo. Allentare innanzitutto la cinghia dal terminale e dall'intelaiatura del letto. Rimuovere successivamente la completa maniglia del letto e appoggiarla su una base piana di dimensioni sufficienti.
Separare la parte della maniglia, premendo dentro le spine di sicurezza, estraendo quindi lentamente e contemporaneamente la maniglia dai due elementi di base. Staccare quindi questi elementi di base dal terminale, premendo dentro innanzitutto la spina di sicurezza in uno dei due lati per estrarre quindi lentamente l'elemento di base e ripetere poi l'operazione nell'altro lato.

Cambio della fodera o del materasso

Normalmente non sarà necessario dover rimuovere l'impugnatura del letto „FRIDA“, poiché si trova soltanto sulla base del letto e per il fatto che non ha un collegamento fisso con il materasso.

Misure cautelari:

La maniglia per letti „FRIDA“ è stata sviluppata per consentire ai pazienti di mettersi in posizione seduta senza l'aiuto altrui, nonché per salire e scendere più facilmente dal letto e funge anche come ausilio di assistenza nel letto.

Dovrebbe essere collocata nella posizione sotto il materasso, in un punto in cui il paziente possa raggiungerla comodamente in posizione distesa, senza doversi allungare eccessivamente.

Questo mezzo ausiliare è stato sviluppato per letti con doghe. Se avete, per esempio, un letto francese oppure un letto con cassettiera, vogliate contattarci, per trovare un'altra alternativa.

Se utilizzate un letto con schienale regolabile, vogliate posizionare la maniglia per letti „FRIDA“ in maniera tale da non delimitare la funzione dello schienale.

La maniglia per letti „FRIDA“ non è una grata intera per pazienti che soffrono di demenza, che hanno un sonno abnorme o molto irrequieto, è concepita più che altro per evitare che possano cadere o scendere irregolarmente dal letto.

La maniglia per letti „FRIDA“ non può essere utilizzata sotto materassi che non presentino uno spessore di almeno 5 cm.

La maniglia per letti „FRIDA“ non è altrettanto consigliabile per bambini molto piccoli, poiché possono considerare questo attrezzo come un giocattolo o una „struttura per arrampicarsi“. Questo attrezzo non è stabilito per fare esercizi fisici.

Il personale infermieristico o i parenti curanti in linea di massima dovrebbero osservare che l'attrezzo sia sempre posizionato con esattezza e che venga sempre ripresa la posizione dopo un cambiamento di letto.

Non esitate a contattarci in caso di domande in merito.

Accessori: Elementi scorrevoli per tutte le maniglie di letti e spondine regolabili:
Gli elementi scorrevoli consentono un utilizzo privo di complicazioni dello schienale regolabile in altezza in letti regolabili elettricamente, mentre la base della maniglia del letto/spondina si trova sotto il materasso.
Codice = elemento scorrevole elettrico
Numero Articolo = E-Gleiter

*Modifiche tecniche riservate