

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 01.12.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

LAD491	Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione PIUMA UP 4 – Materasso 20 Cm
--------	---

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

**Caratteristiche principali**

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ONCELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35689
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y033306
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2001094
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	03.33.06.021
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	04.33.06.018

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Alimentazione</b>	220 / 50 Hz
<b>Cavo di alimentazione</b>	5 Mt
<b>Classificazione elettrica</b>	Classe I Tipo BF
<b>Fusibile</b>	T1A 250V
<b>Pressione erogata</b>	55 - 120 mmHg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Uscita d'aria	8/9 l/min.
Rumorosità	20 - 25 dB
Tempo di un ciclo	10-15-20-25 Minuti regolabile
Peso Max paziente	200 Kg
Protezione	IP21
Tempo di deflazione	Circa 15 Secondi Variabile
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	Nylon + TPU
Coperta	Nylon + PU
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	30 x 13,5 x 11 Cm
Dimensioni materasso	208 x 86 Cm
Numero elementi	21
Altezza elementi gonfi	21 Cm
Elementi microforati	8
COMPONENTI	
LAR405 – Materasso Nylon / TPU	LAR712 - Compressore PIUMA UP 4