SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 01 – 18.05.2017

MI370	Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 62 cm

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Lettino con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo 93/42	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*34936*
Codice di classificazione CND	*Y181210*
Numero di repertorio	*1558354*

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	*Scatola di Cartone.*
Movimentazione	*Elettrica motori Ti-Motion*
Peso Max	*150 Kg*
Classe di Isolamento	*Classe 2*
Parte Applicata	*Tipo B*
Alimentazione	*100-240V AC 50-60 Hz 145VA*
Tensione in uscita dalla centralina	*24 V DC*
Classe di protezione	*IP 54*
Rumorosità	*< 45 dB*
Forza richiesta per attivazione telecomando	*5 N*
Inclinazione schienale	*Max 60 °*

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Acciaio*
Rivestimento	*Poliuretano – Similpelle*
DIMENSIONI	
Altezza	*56 – 82 Cm*
Ingombro massimo	*184 x 62,5 Cm*
Dimensioni piano	*184 x 62 Cm*
Peso	*48 Kg*
Dimensioni imballo	*185 x 73 x 57h Cm*
Peso imballo	*55 Kg*
COLORI DISPONIBILI	
MI370BLU – Blu	MI370B – Bianco
MI370N – Nero	