



**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany

☎: +49(0)5431-9416-0 / [www.rebotec.de](http://www.rebotec.de) / [info@rebotec.de](mailto:info@rebotec.de)

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel



**REBOTEC®**

## Dichiarazione di conformità UE *EU Declaration of Conformity*

**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH (SRN: \_\_\_\_\_);

Dichiara sotto la sua sola responsabilità che il dispositivo medico di classe I qui indicato soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti linee guida e standard.

*declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of the following guidelines and standards*



- (UE) 2017/745 (MDR)
- **Procedura di valutazione della conformità in base ad Articolo 19 (1) a seguito della predisposizione della documentazione tecnica in base agli Allegati II e III.**  
*Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the technical documentation in accordance with Annex II and III.*
- DIN EN ISO 14971

Modello / model	Chicago	Ref.:
UDI-DI di base / Basic-UDI (GMN)	4046678_STDTSx-0010-200JQ	3580300; 3583000; 3585400;

### Destinazione d'uso / intended purpose

L'articolo serve all'assistenza di pazienti con limitata capacità di stare in piedi e camminare. Consente la doccia da posizione seduta e di servirsi di un vaso toilette, quando una toilette convenzionale non è accessibile. Il paziente deve possedere sufficiente capacità di rimanere seduto e muscolatura nella parte superiore del corpo. Se necessario, un'infermiera deve essere presente durante l'impiego. Il prodotto non è progettato per rimanere seduti a lungo o trasferimenti di lunga distanza.

*The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers.*

Specifiche:

- peso massimo utente: 200kg
- supporti piedi regolabili in altezza
- carrozzina a rotelle, 2 ruote frenanti
- per uso all'interno

Specifications:

- *Maximum user weight: 200kg*
- *Height adjustable footrests*
- *Wheelchair, 2 blockable castors*
- *For indoor use*

In nome di / in the name of **REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH

Luogo di emissione / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany

Data di scadenza / date of expiry: **2022-12-31**

Data di emissione / date of issue: **2021-06-21**

Markus Bockstiegel – Direttore generale / Executive director

Questa dichiarazione perde validità se il prodotto sopra citato viene modificato senza il consenso di REBOTEC.  
*This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC.*